

● サイクルシーケンス反応溶液

template PCR Product	1~10 ng
Primer Fw or Re	3.2 pmol
5 × Sequencing Buffer	2 μL
BigDye Terminator v1.1	4 μL
滅菌蒸留水	
	up to 20 μL

● サイクルシーケンス反応条件

熱変性	96°C	1分	1サイクル
熱変性	96°C	10秒	
アニーリング	50°C	5秒	25サイクル
伸長反応	60°C	4分	
保存	4°C	∞	